SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

Neomycin (100 mg/L) CE (NCM4029)

Uso previsto
Un suplemento selectivo para el aislamiento de *Clostridium* spp. que se utilizará con:

NCM2013 Blood Agar Base No. 2 CE

Formulación típica
Neomycin 100,0 mg/l

Formulación típica por tamaño de vial

	Por vial de 500 ml NCM4029-0.5
Neomycin	50,0 mg

Precauciones
Consulte la hoja de datos de seguridad

Preparación
1. Empleando una técnica aséptica, retire la boquilla de goma y evite la contaminación posterior.
2. Reconstituya el contenido del vial utilizando 5 ml de agua estéril como se indica en la tabla siguiente.
3. Vuelva a colocar el tapón de goma y agite el contenido o inviértalo suavemente para que se disuelva.
4. Añada el contenido del vial al medio enfriado según las indicaciones de la etiqueta.

	NCM4029-0.5
Volumen de reconstitución del suplemento	5 ml
Volumen de preparación de los medios	500 ml

Especificaciones de control de calidad
Aspecto liofilizado: Gránulo blanco; puede romperse al agitarse.

Aspecto reconstituido: Solución transparente e incolora.

Almacenamiento
Almacene el vial sellado a 2-8 °C lejos de la luz solar directa.

Caducidad
Consulte la fecha de caducidad impresa en el envase. La caducidad se aplica al suplemento en su envase intacto cuando se almacena como se indica.

Limitaciones
Descarte si el suplemento liofilizado presenta alguna absorción de humedad o parece haberse licuado; descarte si el suplemento reconstituido presenta algún precipitado.

Revision: 1 Effective Date: 9/10/2021

Neogen Europe Limited, 1 Quest Park, Heywood, BL9 7JJ

EC REP CS Lifesciences Europe Limited, The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Ireland

CE IVD

1 Quest Park, Heywood, BL9 7JJ, UK
+44 (0) 161 820 3833
info@neogeneurope.com • foodsafety.neogen.com